



ที่ ขบ ๐๐๓๓/๓๖๓๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 เลขรับที่ 11054 เวลา 17 ก.ค. 2567  
 วันที่ 17 ก.ค. 2567  
 สำนักปลัด  กองพัสดุ  
 สำนักงานเลขานุการ  กองการศึกษา  
 กองยุทธศาสตร์  กองการแพทย์  
 กองคลัง  กองสาธารณสุข  
 สำนักช่าง  กองส่งเสริมการอาชีพ  
 กองส่งเสริมการเกษตร  กองสาธารณสุข  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี**  
**ถนนวิบูลย์ราษฎร์ ขบ ๒๐๐๐**  
 กรมการแพทย์ ๒๕๖๗



202407170032

เรื่อง แจ้งการขอเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๕๑๐๑๒/๕๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน ยี่ห้อ Zoll รุ่น AED3 BLS จำนวน ๓ เครื่อง ดังนี้

๑. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๐๕-๐๐๐๑/๐๓๓/๖๓/๑ ติดตั้ง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๒. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๐๕-๐๐๐๑/๐๓๓/๖๓/๒ ติดตั้ง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

๓. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๐๕-๐๐๐๑/๐๓๓/๖๓/๓ ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

มีอาการเครื่องหมายถูกไม้ขึ้น ไม่มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ เครื่องเปิดไม่ติด และแผ่นกระตุกไฟฟ้าใกล้หมดอายุ จึงขอความร่วมมือในการประสานผู้จำหน่ายให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไป รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ทั้ง ๓ เครื่อง ให้เข้าดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ดังกล่าว เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐)

(นายอภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุข เลขที่รับ 3188  
 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข  
 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
 ฝ่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน  
 ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

18 ก.ค. 2567

Sw

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๘๓ ๒๔๕๐ ต่อ ๒๔๖๕

โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๔๘๓๒

ฉบับสมบูรณ์  
 1204  
 17 ก.ค. 2567  
 เวลา 10.01 น.